

Warszawa, dnia 24.02.2022 r.

DZP.02/ZPU 27-2022

**WYKONAWCY**

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę kabli do pomiaru saturacji na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (ZPU 27-2022).**

**Pytanie 1:**

Do pozycji 2:

Czy Zamawiający ma na myśli czujniki saturacji typu klips na palec TS-F-D podłączany do przewodu zbiorczego z pozycji 1?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujnik TruSignal Finger (klips) TS-F-D do przewodu zbiorczego.**

**ZATWIERDZAM:**

**Zarząd**

**Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.**

CZŁONEK ZARZĄDU  
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

Gwidon Wójcik

PREZES ZARZĄDU  
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Paweł Obermeyer