

Warszawa, dnia 24.02.2022 r.

DZP.01/ZPU 27-2022

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę kabli do pomiaru saturacji na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (ZPU 27-2022).**

Pytanie 1:

Dotyczy poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli czujnik SpO2 bezpośrednio wpinany do monitora, czy sam adapter, jak na zdjęciu?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników wpinanych do adaptera.

Pytanie 2:

Dotyczy poz. 1


Czy dopuści adapter 2.4 m?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga adaptera.

Pytanie 3:

Dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli przewód z czujnikiem saturacji krótki/do adaptera, jak na zdjęciu?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przewód z czujnikiem pokazany na powyższym zdjęciu.

Pytanie 4:

Poz. 1 prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia czy chodzi o przewód główny EKG ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przewodu EKG, a czujnik do saturacji.

Pytanie 5:

Poz. 2 prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia czy chodzi o: przewody pacjenta do podłączania elektrod EKG wpinane do kabla głównego z poz. 1 (jeśli tak to prosimy o określenie liczby odprowadzeń - 3 lub 5) oraz o czujnik saturacji, klips dla dorosłych wpinany bezpośrednio do monitora - łącznie 5 kpl?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przewodów do podłączania elektrod EKG, podtrzymuje zapisy Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, wymaga czujnik do saturacji w formie klipsa, wpinanego do adaptera.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie przewodu o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przewodu o długości co najmniej 3m.

Pytanie 7:

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma działać przewód, numeru katalogowego lub numeru REF.



Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przewód działał w technologii TruSignal Finger (klips), TS-F4-GE.

ZATWIERDZAM:

Zarząd

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.


CZŁONEK ZARZĄDU
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

Gwidon Mójcik


PREZES ZARZĄDU
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Paweł Obermeyer

