

Warszawa, dnia 08.02.2022 r.

DZP.01/ZPU 17-2022

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę kabli do pomiaru saturacji oraz elektrod biernych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (ZPU 17-2022).**

Pytanie 1:

Pakiet 1 Pozycja 1: Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie przewodu o długości 2,4 metra ?
Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2:

Pakiet 1 Pozycja 2: W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii w jakiej ma działać przewód, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby przewód działał w technologii TruSignal.

ZATWIERDZAM:

Zarząd

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.


PREZES Zarządu
Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
Paweł Obermeyer


CZŁONEK ZARZĄDU
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

Gwidon Wójcik