

Warszawa, dnia 12.03.2024 r.

## WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **„Dostawę rejestratorów holterowskich i EKG na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.” (ZPU 15-2024).**

### Pytanie Nr 1

Czy nie zaszła omyłka pisarska i w kolumnie ilość dot. poz. 4 – oprogramowanie Holtera EKG – zamiast 4 powinno być 1? Uzasadnienie: oprogramowanie holterowskie może współpracować z dowolną liczbą rejestratorów.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że zaszła pomyłka pisarska i modyfikuje załącznik nr 3 do zapytania w poz. nr 4.**

### Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji oprogramowania Holtera EKG dla więcej niż jednego stanowiska pracy i czy na pewno chodzi o 4 (cztery) stanowiska analiz Holtera EKG?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, że wymagane jest jedno stanowisko analiz Holtera EKG.**

**ZATWIERDZAM:**

**Zarząd**

**Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.**

  
  
CZŁONEK ZARZĄDKU Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.  
PROKURANT Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.  
Gwidon Wójcik Aneta Gombika-Siembora