

Warszawa, dnia 22.03.2024 r.

WYKONAWCY

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **Dostawę wyposażenia medycznego na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. (ZPU 17-2024).**

Pytanie Nr 1

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści szafkę o następujących parametrach:

Szafka przyłóżkowa wykonana w całości z tworzywa sztucznego (ABS), Wszystkie drzwiczki, szuflady i blaty wykonane z tworzywa, Szafka wyposażona w: blat górny, dodatkowy blat wysuwany od czoła szafki pozwalający na spożywanie posiłków lub karmienie pacjenta, szufladę, zamykaną półkę. Przedni wysuwany blat oraz szuflada z ergonomicznymi uchwytami ułatwiającymi wysuwanie, Szafka wyposażona w uchwyt oraz dwa haczyki na ręczniki, Zamykana szafka wyposażona w dodatkową wewnętrzną półkę, Wewnętrzna półka wykonana z tworzywa ABS i regulowana w dwóch zakresach wysokości, Półka na buty umieszczona w dolnej części szafki, 4 mobilne koła, w tym dwa blokowane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści stolik o następujących parametrach:

Stolik narzędziowy typu bocian z hydrauliczną regulacją wysokości, Wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na korozję, Regulacja wysokości hydrauliczna, dokonywana za pomocą pedału umieszczonego w podstawie. Możliwość zainstalowanie pedału z każdej strony 830–1170mm. Blat z rantem zapobiegający zsuwaniu się przedmiotów, Stolik mobilny na 4 antystatycznych podwójnych kołach o średnicy maks. 75 mm z możliwością blokady, Zdejmowany blat, Wymiary blatu 500x700mm, Pompa oleodynamiczna wykonana ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z wysuwającym blatem o poniższych parametrach:

- szafka składająca się z szuflady, szafki z półką i podstawy pełniącej funkcję półki
- szafka wyposażona w 2 relingi na ręczniki i 4 wieszaki
- szafka i szuflada stalowe, lakierowane proszkowo na biało lub szaro, front lakierowany na wybrany kolor wg palety RAL
- blat górny z tworzywa ABS ułatwiającego dezynfekcję oraz utrzymanie czystości, w kolorze białym lub szarym, z pogłębieniem
- blat boczny z wodoodpornej płyty laminatu HPL, wysuwany
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS ułatwiającego dezynfekcję oraz utrzymanie czystości, w kolorze białym lub szarym, pełniąca funkcję dodatkowej półki np. na obuwie
- podstawa wyposażona w zwrotne podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm, w tym 2 z blokadą

- stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały lub szary
- wymiary: 480x400x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- udźwig szafki: ok. 10 kg
- udźwig blatu bocznego: ok. 3 kg

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Dotyczy pakietu nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje szafki przyłóżkowej z wysuwanym blatem, nowej, niepowystawowej, wyprodukowanej w 2024 roku?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga aby szafka była wyprodukowana w 2023 r. lub 2024 r.

Pytanie Nr 5

Dotyczy pakietu nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje stolika chirurgicznego instrumentalnego typu MAYO, nowego, niepowystawowego, wyprodukowanego w 2024 roku?


Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga aby stolik był wyprodukowany w 2023 r. lub 2024 r.

ZATWIERDZAM:

Zarząd

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.


PREZES ZARZĄD
Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.
Paweł Obermeyer


PROKURENT
Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.
Aneta Gomółka-Siembora