

Warszawa, dnia 02.07.2024 r.

**WYKONAWCY**  
**biorący udział w postępowaniu**

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: ***Dostawę modułów do kardiomonitorów, podgrzewaczy do krwi i płynów infuzyjnych oraz pompy endoskopowej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. (ZPU 34-2024).***

**Pytanie Nr 1**

Dotyczy: Pakiet 4 Moduł do EEG: Moduł kompatybilny z posiadanymi kardiomonitorami GE Carescape, - 1szt

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu monitorowania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający rezygnuje z wymogu monitorowania słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu.**

**Pytanie Nr 2**

Dotyczy: Pakiet 4 Moduł do EEG: Moduł kompatybilny z posiadanymi kardiomonitorami GE Carescape, - 1szt

Czy ze względu na problemy z dostępnością akcesoriów do pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, Zamawiający dopuści zaoferowanie modułu wyposażonego w funkcję pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu bez akcesoriów wymaganych do realizacji tego pomiaru?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**ZATWIERDZAM:**

**Zarząd**

**Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.**

  
PKO  
Szpitala Czerniakowskiego Sp  
CZŁONEK ZARZĄD  
Szpital Czerniakowski  
Paweł Obermeyer  
Gwint...