

Warszawa, dnia 28.06.2024 r.

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **Dostawę modułów do kardiomonitorów, podgrzewaczy do krwi i płynów infuzyjnych oraz pompy endoskopowej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. (ZPU 34-2024).**

Pytanie Nr 1

Pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności w miejsce opisanego parametru „Czas nagrzewania < 2 minuty” parametru „Czas nagrzewania około 2 minut”. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że czas nagrzewania nie przekroczy 3 minut. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie Nr 2

Pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zbiornik wody o pojemności min. 1 litr”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „10 stopniowa regulacja przepływu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że zaoferowany asortyment będzie kompatybilny z endoskopami firmy Olympus będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Dodatkowo Zamawiający zawiadamia, że modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 3 – zmodyfikowany Załącznik nr 2 do zapytania został opublikowany na stronie prowadzonego postępowania.

ZATWIERDZAM:

Zarząd

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.


Szpitala Czerniakowskiego Sp.

Paweł Obermayer


PROKURENT
Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.

Aneta Gomółka-Siembora