

Warszawa, dnia 19.07.2024 r.

**WYKONAWCY**

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: **Dostawę reduktorów tlenowych i regulatora próżni na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. (ZPU 37-2024).**

**Pytanie Nr 1**

W określeniu przepływu w regulatorze widnieje wartość "0-25 l/min"  
Czy dopuszczą Państwo przepływomierz o zakresie 0-15 l/min?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że nie dopuści.**

**ZATWIERDZAM:**

**Zarząd**

**Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.**

  
Pawel Obermeyer

  
PROKURENT  
Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.  
Aneta Gornicka-Siembora